



1. Em uma proveta de 100 ml, limpa e seca, colocar cerca 90 ml de amostra previamente resfriada a temperatura de 20°C.
2. Introduzir o densímetro, esperar alguns instantes até que não haja mais movimentação.
3. Anotar o valor da densidade. A leitura desse valor deve ser feita no ponto onde o líquido faz menisco com o densímetro.
4. O valor obtido deve estar dentro da faixa de especificação do produto.